

MAKLUMAT SPESIFIKASI ITEM

www.fineprocurementplus.uitm.edu.my



MAKLUMAT SPESIFIKASI ITEM

No Pelawaan	: UiTM/B2/PER/SHR/P/0625/0002
Butiran Tawaran	: CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN MAKMAL SPECTROMETRY QUADRAPOLE
Keterangan Item	: 0609030200200 : Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS)
Nama Spesifikasi	: Penyelenggaraan Peralatan Makmal Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Quadrapole Time of Flight
Kuantiti	: 1.000

Butiran Keperluan

- 1 KONTRAK SERVIS 12 BULAN UNTUK SATU (1) UNIT SISTEM LCMS Q-TOF 6520, KOD HARTA 2009000259 DI iPROMISE, UiTM CAWANGAN SELANGOR, KAMPUS PUNCAK ALAM :
 - I Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) Q-TOF Hardware Tracking Module
 - II Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) Dual Sprayer ESI Sources
 - III Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1200 Series Thermostatted Column Compartment
 - IV Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1200 Series High Performance ALS SL Plus
 - V Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Infinity Micro Degasser
 - VI Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Binary pump
 - VII Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Infinity Capillary Pump

Calit

Tawaran Syarikat

☐☐☐☐☐☐☐

Butiran Keperluan**Calit****Tawaran Syarikat**

VIII Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1290 Thermostat autosampler

☐

--

IX Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1290 Thermostat Column

☐

--

X Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Infinity Micro Degasser module

☐

--

XI Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Micro-scale fraction Collector/Spotter

☐

--

XII Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Micro Degasser module (JP82011018)

☐

--

XIII Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1290 Thermostat (DE84967389)

☐

--

XIV Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Nanoflow Pump for internal

☐

--

XV Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 High Performance (HP) micro autosampler

☐

--

XVI Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Multiple wavelength Detector

☐

--

XVII Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1260 Chip Cube MS Interface

☐

--

XVIII Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) 1200 Instant Pilot

☐

--

I

XIX Memeriksa, menyelenggara dan menukar (jika perlu) IMT Duplex 32 N2 Generator

☐

--

2 PERINCIAN SERVIS UNTUK AGILENT LC/MS Q-TOF:

I Syarikat perlu memberi maklumbalas dan sedia bertindak 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk sebarang urusan berkaitan peralatan LCMS Q-TOF.

☐

--

II Syarikat perlu menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku pada peralatan LCMS Q-TOF dan menukar part atau komponen-komponen yang rosak jika perlu (tanpa had) sepanjang tempoh kontrak.

☐

--

IV Syarikat perlu melaksanakan 'preventive maintenance' pada peralatan LCMS Q-TOF sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh kontrak (12 bulan)

☐

--

Butiran Keperluan

- V Kos perjalanan dan tenaga kerja jurutera/pekerja syarikat (tanpa had) adalah termasuk dalam kontrak
- VI Semua peralatan yang berkaitan LCMS Q-TOF termasuk PC, monitor dan printer juga termasuk di dalam kontrak
- VII Pihak syarikat perlu melaksanakan 'preventive maintenance' sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam tempoh kontrak untuk alat nitrogen gas generator termasuklah memeriksa atau menukar part-part yang rosak di nitrogen gas generator jika perlu dan tanpa had (unlimited)
- VIII Pihak syarikat perlu membekalkan satu (1) unit 10kVA uninterruptible power supply (UPS) untuk sistem peralatan LCMS Q-TOF
- IX Pihak syarikat hendaklah melaksanakan/mewujudkan 'data backup menggunakan local network share drive' pada sistem peralatan LCMS Q-TOF.
- IX Tempoh jaminan adalah selama setahun (12 bulan) untuk keseluruhan bahagian alat ganti (spare part)

Calit	Tawaran Syarikat
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	